

ИЗМЕРИТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ

Измерители температуры и влажности

ГИГРОМЕТР ПСИХРОМЕТРИЧЕСКИЙ ВИТ-2 (15...+400,2)



Гигрометр психрометрический ВИТ-2 (15...+400,2)

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Измерители температуры и влажности](#)

ПОРТАТИВНЫЙ ТЕРМОГИГРОМЕТР "ИВТМ - 7 М 2"



Портативный термогигрометр "ИВТМ - 7 М 2"

Характеристики:

Параметр	Значение
Диапазон измерения относительной влажности, %	0...99
Основная погрешность измерения относительной влажности, %, не более	±2,0

Параметр	Значение
Дополнительная погрешность измерения влажности от температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур, %/°C, не более	0,2
Диапазон измеряемых температур, °C	-45...+60
Абсолютная погрешность измерения температуры, °C	±0,5 от -45 до -20 оC; ±0,2 св. -20 до +60 оC
Количество точек автоматической статистики	10000
Питание прибора, В	3,0±0,3
Потребляемая прибором мощность, Вт, не более	0,25
Длина кабеля для подключения первичного преобразователя к блоку измерения, м	до 10
Интерфейс связи с компьютером	micro-USB
Наличие съемной SD карты	нет
Масса блока измерения, кг, не более	0,2
Масса первичного преобразователя, кг, не более	0,1
Габаритные размеры блока измерения, мм, не более	130x70x25
Габаритные размеры первичного преобразователя, мм, не более	Ø14x60
Рабочие условия применения блока измерения:	
— температура воздуха, °C	-40...+50
— относительная влажность, % (без конденсации влаги)	2...95
— атмосферное давление, кПа	84...106
Рабочие условия применения первичного преобразователя:	
— температура воздуха, °C	-45...+60
— относительная влажность, % (без конденсации влаги)	2...95
— атмосферное давление, кПа	84...106
Средний срок службы, лет	5

Комплект поставки:

Базовый комплект поставки:

- прибор
- Руководство по эксплуатации, паспорт

Дополнительная комплектация по заказу:

Блок питания

Дополнительный кабель

Упаковочный чехол

Программа Eksis Visual Lab

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Измерители температуры и влажности](#)